

ПРОТОКОЛ № 58
по способу запроса ценных предложений
Объявление № 47

«20» октября 2022 г.

Проведение процедуры закупки в соответствии Главы 10 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

1. По объявлению №47 были предоставлены следующие заявки от потенциальных поставщиков:

- ТОО «Арша», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «14»час«5»мин 05.10.2022 года вх.№102-01-27;
- ТОО «SAMRUNI (САМРУНИ)», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «15»час«38»мин 06.10.2022 года вх.№105-01-27;
- ТОО «Bioland Group», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «10»час«50»мин 07.10.2022 года вх.№106-01-27;
- ТОО «Экофарм», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «14»час«50»мин 07.10.2022 года вх.№107-01-27;
- ТОО «МедСервис ОРЕОН», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «14»час«53»мин 07.10.2022 года вх.№108-01-27;
- ТОО «Медно Art Lab», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «15»час«32»мин 10.10.2022 года вх.№110-01-27;

№ до та	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Код -во	Цена за единицу	ТОО «Арша»	ТОО «SAMRUNI (САНРУНИ) »	ТОО «Биоланд Групп»	ТОО «Экофарм»	ТОО «Мед Сервис ОРЕОН»	ТОО «Медно Арт Lab»
1	Экспресс тест для определения антитела Covid-19	Быстрый иммунохроматографический тест для определения антитела SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) и назофарингеальных образцов человека. Компоненты теста: тестовая	уп	5	50000,00	35750,00	50000,00	48000,00	47800,00	38040,00	48000,00

кассета, пробирка для забора образца, открывающаяся крышка-дозатор, стерильные тампоны. Тестовая кассета покрыта интелами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгированными с микропластичными и иммобилизованными на мембране – не менее 20 шт.	Пробирка для забора образца с экстракционным буфером, имеет дополнительную защитную изоляционную фольгу, фольга обеспечивает защиту от проникновения в раствор некачественных биологических агентов, что предотвращает риск контаминации раствора. А также полностью исключают возможность утечки готового раствора буфера из пробирки – не менее 20 шт.	Открывающаяся крышка-дозатор – не менее 20 шт.	Стерильные тампоны – не менее 20 шт.	В упаковке не менее 20 наборов. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 часов при комнатной температуре или 24 часа при температуре 2-
--	--	--	--------------------------------------	--

John R. Kane

		8°C. Чувствительность не менее 97,059% и не более 97,069%. Специфичность не менее 99,2% и не более 99,6%. Точность – не менее 98,5% и не более 98,7%. Клиническая эффективность: Оценка положительных проб - чувствительность не менее 100%. Внутренний контроль качества набора: положительный контроль - тестовая линия С. Точный график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпретации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 остается стабильным до 2 часов. Интерпретация результатов: Положительный контроль- тестовая линия С на кассете. Положительный результат тестовая линия Т на кассете. Набор рекомендован к использованию: Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) – WHO - Common list of COVID-19 Срок годности набора -12								

С.М.Медведев
В.В.С.С.С.

- у потенциального поставщика в комплектности 1 бумер экстракции образцов на 1 упаковку, что не соответствует технической характеристике Заказчика.
 - чувствительность согласно технической спецификации - менее 97,059%.
3. Ценовое предложение ТОО «Violand Group» по лоту №1 - отклонить, на основании п.п.2 п.11 главы 4 Правил, в виду несоответствия характеристики/технической спецификации условиям объявления, а именно:
- отсутствия дополнительной защитной изоляционной фольги в бумере, что ведет к риску утечки готового раствора буфера из пробирки;
 - согласно технической характеристике Заказчика, результат анализа остается стабильным до 2х часов, однако в технической характеристике потенциального поставщика указано, что через 20 минут тест дестабилизируется.
4. Ценовое предложение ТОО «Экофарм» по лоту №1 - отклонить, на основании п.п.2 п.11 главы 4 Правил, в виду несоответствия характеристики/технической спецификации условиям объявления, а именно:
- отсутствия дополнительной защитной изоляционной фольги в бумере, что ведет к риску утечки готового раствора буфера из пробирки;
 - согласно технической спецификации Заказчика, дополнительные компоненты как положительный и отрицательный контроль не соответствуют технической характеристике;
 - у потенциального поставщика в комплектности 1 бумер экстракции образцов на 1 упаковку, что не соответствует технической характеристике Заказчика.
5. Ценовое предложение ТОО «МедСервис ОРЕОН» по лоту №1 - отклонить, на основании п.п.2 п.11 главы 4 Правил, в виду несоответствия характеристики/технической спецификации условиям объявления, а именно:
- отсутствия дополнительной защитной изоляционной фольги в бумере, что ведет к риску утечки готового раствора буфера из пробирки;
 - в технической характеристике Заказчика указано, что после экстракции образцы остаются стабильными в течение 2-х часов при комнатной температуре или 24 часа при температуре 2-8°C, однако в технической характеристике потенциального поставщика указано, что стабильность образцов остается в течении 1-ого часа при комнатной температуре или 4 часа при температуре 2-8°C, что не соответствует технической характеристике Заказчика.
6. Ценовое предложение ТОО «Медно Art Lab» по лоту №1 - отклонить, на основании п.п.2 п.11 главы 4 Правил, в виду несоответствия характеристики/технической спецификации условиям объявления, а именно:
- отсутствия дополнительной защитной изоляционной фольги в бумере, что ведет к риску утечки готового раствора буфера из пробирки;
 - у потенциального поставщика в комплектности идет дополнительный внешний контроль, что не соответствует технической характеристике Заказчика.
7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали потенциальные поставщики: **нет**.
8. В соответствии с п.141 Правил победителем предоставить заказчику или организатору закупки в течении десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;
9. Заказчику заключить договор с победителем в сроки указанные в п.142, 143 Правил;
10. Организатору закупки разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodb.akmol.kz;
11. За данное решение проголосовали:
12. За - 5 (пять) голосов (Сабыралиев С.Н., Кусанова Ф.С., Жанабеков Р.М., Айткужина С.Е., Бекужинова С.Ж.)
13. Против: **нет**.

Сабыралиев С.Н.

14. Отсутствуют: нет.



Сабыралиев С.Н.

[Signature]

Директор

Кусанова Ф.С.

[Signature]

Заместитель директора по финансам

Жинабеков Р.М.

[Signature]

Руководитель отдела ПА и ГЗ

Айткужина С.Е.

[Signature]

Заведующая анкетой

Беккужинова С.Ж.

[Signature]

Главная методистка

Калпыгулова Г.Н.

[Signature]

Секретарь