

ПРОТОКОЛ № 7
Об итогах закупки способом запроса ценовых предложений
Объявление №9

«07» февраля 2023г.

г. Кокшетау

Проведение процедуры закупки в соответствии Главы 10 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительной объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375.

1. По объявлению №9 были представлены следующие заявки потенциальных поставщиков:
 - ТОО «Астромед», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «17» час «30» мин 03.02.2023 года вх.№35-01-27;

№ лота	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	ТОО «Астромед»
1	Изотонический разбавитель М-52 (20L×1) 20л/кан.	Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5000. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	50	47 000,00	47 000,00
2	Реагент лизирующий М-52 DIFP (500мл)	Специальный жидкий реагент марки М-52 DIFP, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться цинк и азиды.	фл	50	34 000,00	34 000,00

		Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5000. Объем флакона не менее 500мл.				
3	Реагент лизирующий М-52 ЛН (100мл)	Специальный жидкий реагент марки М-52 ЛН, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5000. Объем флакона не менее 100мл.	фл	60	22 000,00	22 000,00
4	Чистящий раствор 17мл М-30Р (17мл)	Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	уп	50	4 000,00	4 000,00
5	Контрольные растворы (контрольная кровь) 3*3,5 мл (Л, ІN, ІН)	Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М52. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс	набор	4	90 000,00	90 000,00

		дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5000 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.					
--	--	--	--	--	--	--	--

2. По лоту №1 признать победителем ТОО «Астромед» в соответствии с пунктом 139 Правил.
3. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали поставщики: **нет**.
4. Организатору закупки разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodb.akmol.kz
5. За данное решение проголосовали:
6. За – 4 (четыре) голоса (Есимсеитова А.К., Кусаинова Ф.С., Жанабеков Р.М., Жусупова А.К.)
7. Против: нет
8. Отсутствуют: Бекужинова С.Ж., приказ №20 - О от 18.01.2023 года.

Есимсеитова А.К. _____ И.о.директора

Кусаинова Ф.С. _____ Заместитель директора по финансам

Жанабеков Р.М. _____ Руководитель отдела ПА и ГЗ

Жусупова А.К. _____ И.о.заведующей аптекой

Бекужинова С.Ж. _____ Главная медсестра

Каликулова Г.Н. _____ Секретарь