

ПРОТОКОЛ № 63
Об итогах закупки способом запроса ценовых предложений
Объявление №58

Г. Кокшетау

«18» июля 2023г.

Проведение процедуры закупки в соответствии Главы 10 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375.

1. По объявлению №58 были представлены следующие заявки потенциальных поставщиков:

- ТОО «СЛК групп НС», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «16» час «06» мин 05.07.2023 года вх. №124-01-27;

№ лота	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	ТОО «СЛК групп НС»
1	Вирус - бактериальный фильтр (с функцией тепло-влажобообмена) педиатрический	Фильтр дыхательный в прозрачном корпусе бактериовирусный, дыхательный. Предотвращает перекрестную контаминацию через дыхательный контур либо ИВЛ Стандартные коннекторы в соответствии, со стандартом ISO. Коннекторы: охватываемый /15 Надеваемый - 22 Охватываемый (мм). Коннекторы: (порт) 15 охватываемый - 22 охватываемый /15 Надеваемый - 22 Охватываемый (мм). Объем дыхательный - 75-300 мл Мертвое пространство – 29 мл Сопротивление: 15Л/мин – 6 мм Н2О Эффективность увлажнения: 31 мг/л Н2О при 250 мл дыхательного объема Эффективность фильтрации Бактериальный: 99,99% Вирусный: 99,99% Вес: 21 гр; Эффективное время работы 24 часа;	штука	500	402,00	401,00
2	Вирус - бактериальный фильтр (с функцией	Фильтр дыхательный в прозрачном корпусе бактериовирусный, дыхательный. Предотвращает перекрестную контаминацию через дыхательный контур либо ИВЛ Стандартные коннекторы в соответствии, со стандартом ISO. Коннекторы: охватываемый /15 Надеваемый - 22 Охватываемый (мм). Коннекторы: (порт) 15	штука	800	414,00	413,00

тепло-влажпообмена взрослый	охватываемый - 22 охватываемый /15 Надеваемый - 22 Охватываемый (мм). Объем дыхательный - 150-1500мл Мертвое пространство – 55 мл Сопротивление: 30 л/мин: 8,2 мм Н2О 60 л/мин: 21,4 мм Н2О 90 л/мин: 39,5 ммН2О Эффективность увлажнения: 37 мг/л Н2О при 500 мл дыхательного объема Эффективность фильтрации Бактериальный: 99,99% Вирусный: 99,9% Вес: 35,6 гр; Эффективное время работы 24 часа;					
--------------------------------	---	--	--	--	--	--

- По лоту №1 признать победителем ТОО «СЛК групп НС» в соответствии с пунктом 139 Правил.
- При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали потенциальные поставщики: **нет**.
- Организатору закупки разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodv.akmol.kz
- За данное решение проголосовали:
- За – 5 (пять) голосов (Сабыралиев С.Н., Кусанова Ф.С., Жанабеков Р.М., Кайыпова Ж.О., Бекужинова С.Ж.)
- Против: **нет**.
- Отсутствуют: **нет**.

Сабыралиев С.Н.

Директор

Кусанова Ф.С.

Заместитель директора по финансам

Жанабеков Р.М.

Руководитель отдела ПА и ГЗ

Кайыпова Ж.О.

Провизор-технолог

Бекужинова С.Ж.

Главная медсестра

Каликулова Г.Н.

Секретарь

