

г.Кокшетау

от «18» сентября 2019 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Аубакирова Ж.Ж.

Члены комиссии

Забяников О.А.

- заместил главврача ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

- Руководитель хозяйственным отделом ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Шаимов Ж.Т. Юристконсульт ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Аманбаева С.С. врач эпидемиолог

Нурмаханова К.И. заведующий бактериологической лабораторией

Секретарь комиссии

Ережепов А.А.

- Специалист по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

2. Перечень лотов.

№ лота	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	цена планируемая в тенге	сумма планируемая в тенге	Срок поставки товаров
1	Обеззараживатель-очиститель	шт	1,00	8 272 200,00	8 272 200,00	с даты заключения договора по 10 декабря 2019 года
2	Обеззараживатель-очиститель (бактерицидный рециркулятор)	шт	5,00	225 000,00	1 125 000,00	с даты заключения договора по 10 декабря 2019 года
Итого					9 397 200,00	

Мед. шмд

Б.А. Аманбаева

3. Техническая спецификация к лоту №1

Обеззараживатель-очиститель воздуха

Фильтрация механических частиц и микроорганизмов с эффективностью не ниже Н13. Производительность установок, не менее 3000 м³/час, перепад давления, создаваемый установкой, не более 600 Па. Эффективность инаktivации микроорганизмов за один проход воздуха через установку 99% (по всем видам микроорганизмов, в том числе плесневым грибам). Эффективность фильтрации и инаktivации не зависит от срока эксплуатации прибора, очистка воздуха от основных вредных веществ (формальдегиду, двуокиси азота, озону, фенолу и проч.) при концентрациях до 5 ПДКсс. Энергопотребление прибора не более 85 Вт. Габаритные размеры установки (ДхШхВ), не более 1450х1200х380 мм. Отсутствие источников ультрафиолетового излучения и газоразрядных ламп. Отсутствие элементов, содержащих вредные металлы и газы. Безопасная эксплуатация прибора в непрерывном режиме в присутствии людей. Возможность интегрирования прибора в систему диспетчеризации здания. Индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, панель управления с индикацией неисправности, периодичность сервисного обслуживания не чаще 1 раза в год при круглосуточной работе прибора. Гарантийный срок не менее 37 месяцев, срок службы не менее 5 лет. Обеззараживатель-очиститель воздуха должен соответствовать требованиям (ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ, 261-ФЗ) действующих на территории РК и Таможенного Союза.

Квалификационные требования к Потенциальному Поставщику

1. Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии Техническим регламентам Таможенного Союза: «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
2. Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить заключение аккредитованной организации о соответствии требованиям санитарных правил по безопасности работ с микроорганизмами I-II групп патогенности (приложить копию заключения либо подтверждающего документа);
3. Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить копии сертификатов на специалистов/специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования прошедшего обучение на предприятиях-производителях или в организациях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию оборудования.
4. Сертификат соответствия СМК системы менеджмента качества на производство и поставку медицинской техники и изделий ISO 9001:2015, ISO 13485:2017

4. Техническая спецификация к лоту №2

Обеззараживатель-очиститель воздуха

Обеззараживатель-очиститель воздуха должен обладать следующими существенными характеристиками:

Производительность прибора не менее 150 м³/час. Фильтрация механических частиц и микроорганизмов с эффективностью не менее Н11. Инаktivация всех типов микроорганизмов, задержанных фильтрами с эффективностью не менее 99%. Степень обеззараживания воздуха за один проход через установку не менее 99,9%. Очистка воздуха от основных вредных веществ (по формальдегиду, двуокиси азота, озону, фенолу) при концентрациях до 5 ПДКсс на входе прибора до уровня ПДКсс. Система автоматического контроля параметров фильтрации и инаktivации микроорганизмов для поддержания их эффективности. Эффективность фильтрации и инаktivации не зависит от срока эксплуатации прибора. Нет выделения прибором вредных веществ в помещение. Нет наличия элементов, содержащих вредные металлы и газы. Нет наличия ультрафиолетовых и газоразрядных ламп. Сменные элементы прибора не представляют собой отходы классов опасности, требующих специальной утилизации. Возможность регулировки производительности прибора (не менее 2-х режимов). Наличие системы диагностики работоспособности и автоотключения прибора при возникновении неисправности. Индикация необходимости сервисного обслуживания или ремонта. Нет необходимости ведения учета времени работы прибора. Покрытие корпуса устойчивое к дезинфекционной обработке. Безопасная эксплуатация прибора в непрерывном режиме в присутствии людей. Уровень шума, создаваемый работающим прибором, не более 40Дб(А). Пульт ДУ. Габаритные размеры (ВхШхГ) 625х195х585мм. Масса 12кг.

М. И. И.

В. В. В.

Энергопотребление прибора не более 38 Вт. Гарантийный срок не менее 37 месяцев. Срок службы не менее 5 лет. Обеззараживатель-очиститель воздуха (бактерицидный рециркулятор) должен соответствовать требованиям (ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ, 261-ФЗ) действующих на территории РК и Таможенного Союза.

Квалификационные требования к Потенциальному Поставщику

1. Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии Техническим регламентам Таможенного Союза: «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
2. Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить заключение аккредитованной организации о соответствии требованиям санитарных правил по безопасности работ с микроорганизмами I-II групп патогенности (приложить копию подтверждающего документа);
3. Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить копии сертификатов на специалиста/специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования прошедшего обучение на предприятиях-производителях или в организациях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию оборудования.

4. Сертификат соответствия СМК системы менеджмента качества на производство и поставку медицинской техники и изделий ISO 9001:2015, ISO 13485:2017

6. Потенциальные поставщики представившие заявку на участие до истечения окончательного срока приема заявок на участие:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО "TION-KZ"	г. Нур-Султан, Кабанбай батыра 6/1 БЦ «Каскад», оф. 192	08.10.2019 г в 15:00 № 01-27-661

7. Таблица цен потенциальных поставщиков

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за единицу, тенге	Лот №2 цена за единицу, тенге
1	ТОО "TION-KZ"	8 272 200,00	225 000,00

8. Тендерная комиссия, рассмотрев и сопоставив заявки потенциальных поставщиков РЕШИЛА:

- 8.1. тендерная заявка ТОО "TION-KZ":
 - по лоту № 1 - допущен (полностью соответствует требованиям Заказчика);;
- 8.2. тендерная заявка ТОО "TION-KZ":
 - по лоту № 2 - допущен (полностью соответствует требованиям Заказчика);;

1. По лоту № 1 - признан несостоявшимся (по итогам рассмортения допущен один потенциальный поставщик);
2. По лоту № 2 – признан несостоявшимся (по итогам рассмортения допущен один потенциальный поставщик);

ms
Beste
ms

9. Организатору тендера в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах размещения протокола итогов на интернет ресурсе Заказчика.



Председатель комиссии
Аубакирова Ж.А.

Заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Члены комиссии
Забяников О.А.

Руководитель хозяйственным отделом ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Шаимов Ж.Т.

Юрист-консульт ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Аманбаева С.С.

врач эпидемиолог

Нурмаханова К.И.

заведующий бактериологической лабораторией

Секретарь комиссии
Ережепов А.А.

Специалист по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области