

ПРОТОКОЛ № 65

Об итогах закупок «лекарственных средств, профилактических, дезинфицирующих препаратов, изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений
Объявление № 64

г. Кокшетау

« 4 » июля 2019г.

1. Проведение процедуры закупа в соответствии главы 10, п. 103 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Постановление Правительства РК от 30.10.2009. № 1729.

2. По объявлению № 64 были предоставлены следующие заявки от нижеперечисленных потенциальных поставщиков.

- ТОО «ДельНур», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «11» час «34» мин 04.07.2019 года вх. № 01-27-365;

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу	Предлагаемые цены потенциальных поставщиков
						ТОО «ДельНур»
1	Экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором (крышкой), работающий постоянно в присутствии людей с услугой установки и калибровки	Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей. Кол-во ламп – 2 штуки, мощностью 30Вт. Ключевая особенность аппарата наличие двух режимов работы: Режим 1 «постоянно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор проходит ультрафиолетовое облучение, при этом облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча	шт	6	78 000,00	77 900,00

должна составлять не
• менее 90-100
мкВт/см². Нижние
слои воздуха
обеззараживаются за
счет естественной
конвекции воздуха.

Одновременно
облученность в
обитаемой зоне
помещения,
измеряемая на трех
уровнях: уровень глаз
человека «сидящего»,
«стоящего»,
«лежащего» не
должна превышать
0,1-0,2 мкВт/см².

Режим 2 – «быстрое
обеззараживание в
отсутствие людей»,
при этом

облученность от
открытой лампы на
расстоянии 1 м от
источника должна
быть не менее 150
мкВт/см².

Обязательно все
заявленные
показатели должны
подтверждаться
техническим
паспортом на изделие.

Модель облучателя
должна быть
согласована с
Заказчиком до
момента поставки.

Установка
облучателей
происходит согласно
плана расположения
навешивания
облучателей, который

- заранее предоставляется Заказчиком Поставщику.

Установка включает в себя: навешивание и

- электромонтажные работы. Все

комплектующие, необходимые для электрического подключения (4-х жильный кабель, двухклавишные выключатели, комплекты метизов) входят в стоимость товара. Калибровка (настройка необходимых параметров облучения) облучателя производится поставщиком с использованием УФ - радиометра со шкалой в ед. измерения мкВт/см², зарегистрированного в РК в реестре средств измерений.

Поставщик обязан предоставить сертификат о своевременной поверке радиометра. Облучатель считается установленным после подтверждения заявленных в паспорте параметров прибором радиометром.

Технический паспорт

	на казахском языке – • 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт., журнал учета УФБО – 1 шт. Регистрационное удостоверение МЗ РК.			
--	---	--	--	--

3. По лоту № 1 в соответствии с пунктом 112 Правил признать победителем **ТОО «ДельНур»;**

4. Организатору закупок заключить договор с победителями в сроки определенные Законом.

5. Организатору закупок разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodh.akmol.kz.

6. За данное решение проголосовали:

7. **За** – 5 (пять) голоса (Аубакирова Ж.Ж., Сейфулина Ж.С., Шаимов Ж.Т., Айткужина С.Е., Ахметова К.А.)

8. **Против:** нет голосов.

9. **Отсутствуют:** нет.

Аубакирова Ж.Ж.

заместитель главного врача по
медицинской части

Сейфулина Ж.С.

главный бухгалтер

Шаимов Ж.Т.

юрисконсульт

Айткужина С.Е.

провизор

Ахметова К.А.

главная медсестра

