

ПРОТОКОЛ № 1

об итогах закупок медицинских изделий в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2020 год к объявлению № 3

г. Кокшетау

от « 28 » января 2020 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Аубакирова Ж.Ж.

- Заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Члены комиссии

Сейфулина Ж.С.

- Главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Забиякова С.Н.

- Юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Секретарь комиссии

Ережелов А.А.

- Специалист по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

2. Перечень лотов.

№ лота	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	цена планируемая в тенге	сумма планируемая в тенге	Срок поставки товаров
1	Бокс ламинарный микробиологической безопасности	штук	1,00	2 960 000,00	2 960 000,00	В течение 40 календарных дней с даты заключения договора
Итого					2 960 000,00	

с. / А.А. Ережелов

3. Техническая спецификация к лоту №1

№ п/п	Наименование	Характеристики
1	Бокс ламинарный микробиологической безопасности (защита продукта, оператора, окружающей среды) с подставкой	1. Окраска бокса стойкая к обработке дезрастворами. 2. Кол-во степеней фильтрации: 1 3. Класс фильтра предварительной очистки по ГОСТ Р 51251-99: G4 4. Класс фильтра HEPA по ГОСТ Р 51251-99: H14 5. Эффективность очистки воздуха от взвешенных частиц размером более 0,2 мкм (MRPS) согласно ГОСТ Р 51251-99 (EN1812) для фильтра класса H14: 99,995% 6. Класс чистоты воздуха рабочей зоны по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм): 5ИСО 7. Класс защиты (согласно классификации ВОЗ): ПА 8. Общая производительность по воздуху: 1350 м³/час 9. Производительность по поступающему в рабочую камеру бокса воздуху: регулируемая, от 400 до 900 м³/час 10. Степень рециркуляции: 80% 11. Скорость воздушного потока в рабочей зоне регулируемая: от 0,2 до 0,45 м/с 12. Внутренняя камера повышенного давления со всех сторон окружена зонами пониженного давления относительно атмосферного 13. Мощность лампы УФО рабочей камеры: 30 Вт 14. Уровень звуковой мощности ламинарного бокса: не более 57 дБА 15. Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса: не менее 1000 Лк 16. Бестеневое освещение рабочей зоны ламинарного бокса: комбинированное 17. Плоская съемная секционная столешница из нержавеющей стали марки AISI304 18. Переднее стекло из поликарбоната устойчивого к УФ-излучению 19. Обезвещенное переднее стекло с подёмом и остановкой на любом уровне 20. Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, часы, технологический таймер, система автоматического поддержания потока воздуха 21. Панель управления расположена вне рабочей зоны, что обеспечивает лёгкий доступ при ремонте и отсутствие контакта с потенциально опасными агентами в системе воздухопроводов и очистки воздуха

	- Розетки в рабочей зоне: 2 шт. Одна розетка управляется по времени, задаваемому с клавиатуры контроллера - Потребляемая мощность: 210 Вт 22. Масса бокса: не более 160 кг 23. Стационарный блок УФО 24. Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ): 1160х570х630 мм 25. Внешние габариты ламинарного бокса (ШхГхВ): 1200*670*1930 мм 26. Габариты подставки (ШхГхВ): 1200х670х650 мм - Вес 140 кг, Объем 1.8 м в комплекте со столом – подставкой на колесах. Вариант с контроллером.
--	--

6. Потенциальные поставщики представившие заявку на участие до истечения окончательного срока приема заявок на участие:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО "MedTechService"	г. Алматы, мкр. Аксай 3А, дом №59	22.01.2020 г в 12:00 № 6-01-27
2	ТОО «InnovisionMed»	г. Нур-Султан ул. Габдуллина 17/1, кв 78	24.01.2020 г в 09:45 № 8-01-27
3	ТОО «Dynamic Group»	г. Костанай, ул. Амангельды 96	23.01.2020 г в 12:45 № 7-01-27

7. Таблица цен потенциальных поставщиков

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за единицу, тенге
1	ТОО "MedTechService"	2 690 000,00
2	ТОО «InnovisionMed»	2 800 000,00
3	ТОО «Dynamic Group»	2 709 000,00

8. Тендерная комиссия, рассмотрев и сопоставив заявки потенциальных поставщиков РЕШИЛА:

8.1. По лоту №1

- тендерная заявка ТОО «MedTechService» : - допущен (полностью соответствует требованиям Заказчика);

- тендерная заявка ТОО «InnovationMed»: - отклонен (представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих Правил);

- тендерная заявка ТОО «Dynamic Group»: - допущен (полностью соответствует требованиям Заказчика);

1. По лоту № 1 - признать победителем ТОО «MedTechService»;

9. Организатору тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера, путем размещения протокола итогов на интернет ресурсе Заказчика.



Председатель комиссии
Аубакирова Ж.Ж.

Заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Члены комиссии
Сейфулина Ж.С.

Главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Забинякова С.Н.

Юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Ережелов А.А.

Секретарь