

ПРОТОКОЛ № 33

Об итогах закупок «лекарственных средств, профилактических, дезинфицирующих препаратов, изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений
Объявление № 33

« 13 » марта 2020г.

г. Кокшетау

1. Проведение процедуры закупа в соответствии главы 10, п. 103 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Постановление Правительства РК от 30.10.2009. № 1729.
2. По объявлению № 33 не были предоставлены заявки от потенциальных поставщиков.

Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	Предлагаемые цены	
					потенциальных поставщиков	
Расходный набор для Нанолакт	Небольшие диски (площадь поверхности составляет 2,5см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием. Диски, содержащие тринарийцитрат, прекращают буферное вещество в кислотном диапазоне pH. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи pH, также сокращающее накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Каждая из указанных особенностей вносит вклад в безопасность процедуры. Корпус сенсора. Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основной сенсор является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и	шт	2	196000		

оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формулирующих корпус микропроводимости.

Расходный набор включает:

-12 дисков

-6 сенсоров

1. Лот № 1 признать несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых предложений;
2. Организатору закупок разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodb.akmol.kz.
3. За данное решение проголосовали:
 4. За – 5 (пять) голосов (Иванова Г.Н., Сейфулина Ж.С., Забинякова С.Н., Цысельская С.И., Ахметова К.А.)
 5. Против: нет голосов.
 6. Отсутствуют: нет.

Аубакирова Ж.Ж. _____

и.о. главного врача

Сейфулина Ж.С. _____

главный бухгалтер

Забинякова С.Н. _____

юрист

Цысельская С.И. _____

заведующая аптека

Ахметова К.А. _____

главная медсестра

Усембаева А.Е. _____

секретарь