

ПРОТОКОЛ № 3

Об итогах закупок лекарственных средств, профилактических, дезинфицирующих препаратов, изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений
Объявление № 5

г. Кокшетау

« 5 » февраля 2021г.

Проведение процедуры закупок в соответствии главы 10, п. 103 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» Постановление Правительства РК от 30.10.2009. № 1729.

1. По объявлению № 5 были предоставлены следующие заявки от потенциальных поставщиков:

- ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «09» часе «30» мин 28.01.2021 года вх. № 4-01-27;

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	Предлагаемые цены потенциальных поставщиков
						ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»
1	Быстрый количественный тест на D-Dimer для анализатора Finecare FIA Meter Plus	Определяемые параметры: D-Dimer Rapid Quantitative-тест на D-Dimer Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 C. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ D-Dimer Rapid Quantitative-тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 C.	уп	3	55 000,00	55 000,00

срок годности составляет до 24 месяцев.

3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.

Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative- тест на прокальцитонин (PCT)

Принцип теста:

Количественный экспресс-тест

Метод теста:

Флуоресцентный иммуноанализ

Режим тестирования:

Стандартный тест и быстрый тест

Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.

Количество тестов в наборе: 25 штук.

Комплектация: Картридж-25шт.

идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С.

Буфер годен до 24 месяцев.

2. Храните картридж

Finecare™Procalcitonin

Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при

температуре 4 — 30 С,

срок годности составляет до 24 месяцев.

3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия

пакета.

Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Finecare FIA Meter Plus

2

- уп

3

58 000,00

58 000,00

Быстрый количественный тест на кортизол (Cortisol)

3

Определяемые параметры: Finecare Cortisol Rapid

Quantitative Test - Быстрый количественный тест на

кортизол (Cortisol)

Принцип теста:

уп

3

50 000,00

50 000,00

Количественный экспресс-тест

Метод теста:

Флуоресцентный
иммуноанализ

Режим тестирования:

Стандартный тест и
быстрый тест

Время выполнения теста:
от 3 до 15 мин.

Количество тестов в
наборе: 25 штук.

Комплектация: Картридж-
25шт, идентификационный
чип картриджа-1шт, буфер-
25шт, инструкция по
эксплуатации-1шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И
СРОК ГОДНОСТИ

1. Храните буфер при
температуре 4 — 30 С.

Буфер годен до 24 месяцев.

2. Храните Cortisol Rapid
Quantitative Test - Быстрый
количественный тест на
кортизол (Cortisol) при
температуре 4-30С, срок
годности составляет до 24
месяцев.

3. Картридж должен
использоваться в течение 1
часа после вскрытия
пакета.

Определяемые
параметры: HbA1c -

Гликированный
гемоглобин

Принцип теста:

Количественный
экспресс-тест

Метод теста:

Флуоресцентный
иммуноанализ

Режим тестирования:

Стандартный тест и
быстрый тест

Время выполнения
теста: от 3 до 15 мин.

Количество тестов в
наборе: 25 штук.

Комплектация: Картридж-
25шт,
идентификационный чип
картриджа-1шт, буфер-
25шт, инструкция по

Гликированны
й гемоглобин
для
портативного
флуоресцентно
го анализатора
Finecare FIA
MeterPlus

4

уп

3

39 000,00

39 000,00

эксплуатации-1шт.
**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
 И СРОК ГОДНОСТИ**

1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.
2. Храните картридж Finessare™ HbA1c - Гликированный гемоглобин при температуре 4 — 30 С. срок годности составляет до 24 месяцев.
3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.

2. По лотам № 1,2,3,4 признать победителем ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» в соответствии с пунктом 112 Правил;
3. Организатору закупок заключить договор с победителями в сроки определенные Законом.
4. Организатору закупок разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodh.akmol.kz.
5. За данное решение проголосовали:
6. За – 4 (четыре) голоса (Аубакирова Ж.Ж., Сейфулина Ж.С., Кокишев Д.К., Айткужина С.Е.)
7. Против: нет.
8. Отсутствуют: Ахметова К.А. Приказ № 39-О от 02.02.2021 года.

Аубакирова Ж.Ж.

Сейфулина Ж.С.

Кокишев Д.К.

Айткужина С.Е.

Даулетбекова А.К.

Заместитель главного врача по
 медицинской части

Главный бухгалтер

Юрист

Провизор-аналитик

Секретарь