

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 55

Объявление № 50

от « 15 » 09 2021г.

г.Кокшетау

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:

Аубакирову Ж.Ж. – заместитель директора медицинской части.

Члены комиссии:

Рахимжанова А.Б. – главный экономист

Елеусинова У.С. – Руководитель отдела ПА и ГЗ

Омаров И.Т. – Врач лаборант лабораторий экстренной службы

Сейсебаева Ж.С. – Юрист

Даудетбекова А.К. – секретарь

2. Организатором закупки реагентов и расходных материалов для анализатора HimaLuzer Primeus способом тендера является ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области. Юридический адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Сатпаева, 87А.

06.09.2021 года в 10:00 часов по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Сатпаева, 87А, кабинет № 307, в ГКП на ПХВ

«Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области произведена процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

3. По объявлению №50 были предоставлены следующие тендерные заявки от нижеперечисленных потенциальных поставщиков:

№ п/п	Наименование поставщика	Потенциального поставщика	Адрес поставщика	Потенциального поставщика	Дата предоставления тендерных заявок	Время предоставления тендерных заявок
1	ТОО «A&C Medical»		г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 151, кв 76		31.08.2021 г Вх. № 126-01-27	11:30
2	ТОО «ДИАКИТ»		г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, д. 40 «а»		03.09.2021 г Вх. № 127-01-27	09:30

С.А. Сид

4. Тендерная комиссия, рассмотрев и сопоставив тендерные заявки потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

4.1 Тендерная заявка от потенциального поставщика **ООО «A&C Medical»:**

- по лоту № 1, допущен;
- по лоту № 2, допущен;
- по лоту № 3, допущен;
- по лоту № 4, допущен;
- по лоту № 5, допущен;
- по лоту № 6, допущен;
- по лоту № 7, допущен;
- по лоту № 8, допущен;
- по лоту № 9, допущен;
- по лоту № 10, допущен;
- по лоту № 11, допущен;
- по лоту № 12, отклонен, п. 21 главы 3 Правил;

4.2 Тендерная заявка от потенциального поставщика **ООО «ДиАКиТ»:**

- по лоту № 1 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Большой расход реагента 2мл. Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 1*250мл);
- по лоту № 2 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Разведение рабочего раствора необходимо проводить за пол часа до работы. Температурный режим при инкубации должен соответствовать 37 град. А не 15-25 град. что не приемлемо для нашей лаборатории. Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 2*80мл);
- по лоту № 3 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Время инкубации 20 мин при температуре 15-25 градусов, что удлиняет время выдачи экстренных результатов. Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 1*500мл) ;
- по лоту № 4 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 2*50мл);
- по лоту № 6 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Температурный режим при инкубации должен соответствовать 37 градусов а не 15-25 градусов что не приемлемо для нашей лаборатории. Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 2*80мл);
- по лоту № 7 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Температурный режим при инкубации должен соответствовать 37 градусов а не 15-25 градусов что не приемлемо для нашей лаборатории. Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 2*80мл);
- по лоту № 8 отклонен, п.п. 9 п. 70 главы 8 Правил (Не соответствие количества реагента (в мл) в наборе. 1*500мл);
- по лоту № 12, допущен;

О. М. Сидорова Сид

12	Кальций (2*100)	упаковка	2	22 704,00	22 604,00	22 700,00
----	-----------------	----------	---	-----------	-----------	-----------

6. Итоги рассмотрения:

По лоту № 1 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 2 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 3 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 4 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 5 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 6 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 7 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 8 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 9 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 10 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 11 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «A&C Medical»;
По лоту № 12 – в соответствии с п. 72 Правил, осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «ДиАКиТ»;

7. Организатору закупок разместить текст протокола на интернет ресурсе www.modh.akmol.kz.

Председатель
тендерной комиссии
заместитель
директора по
медицинской части:
Главный экономист



Аубакирова Ж.Ж.

Рахимжанова А.Б.

Руководитель отдела
ПА и ГЗ

Елеусизова У.С.

Врач лаборант
лаборатории
экстренной службы
Юрист

Омаров И.Т.

Сейсенбаева Ж.С.

Секретарь

Даулетбекова А.К.